



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMUNICAÇÃO INTERNA  
Nº. 659/2024

DE:

Secretaria Municipal de Saúde

PARA:

Gabinete do Prefeito

DATA:

23/10/2024

Ref.: Resposta a solicitação de esclarecimento

Ilmo. Sr.: Jovani Duarte Menezes.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através desta, em resposta a solicitação de esclarecimento ao Processo Licitatório nº 077/2024 e Pregão Eletrônico Nº 014/2024 informar que foi analisado junto aos enfermeiros as indagações feita sobre as Pás adulto e Infantil pra o desfibrilador Instramed. Como seu entendimento elas deverão ser originais, em relação ao modelo do conector iremos informar a REF de ambos, REF: F7955W/INSTRAMED é referente ao modelo Adult, REF:F7955PW/INSTRAMED referente ao modelo Paediatric, ambos os conectores são de cores brancas.

Sem mais para o momento, agradeço e me coloco às disposições para outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

*Regiane Aparecida Garcias*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BRAÚNAS - MG  
Regiane Aparecida Garcias  
Secretária Municipal de Saúde

*Lucilene Lauriana Fernandes*  
ENFERMEIRA  
CRESS-MG: 451.130  
Lucilene Lauriana Fernandes  
Enfermeira

CONFECCIONADA:

SOLICITANTE:

RECEBIDA POR:

Nº DA RESPOSTA: